


样品信息

样品名称:	A280-130701	采集者:	System
样品类型:	未知	样品组名称:	A280 20130730
瓶号:	44	采集方法组:	A280
进样次数:	1	处理方法:	0730
进样体积:	5.00 ul	通道名称:	2487通道 1
运行时间:	25.0 Minutes	处理通道注释:	
采集时间:	2013-7-30 11:35:01 CST		
处理时间:	2013-7-30 14:19:53 CST		

自动标尺色谱图



峰结果

名称	保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	%面积	高度 (微伏)	分离度	USP 理论塔板数	对称因子	含量	单位
1	7.362	5681130	99.58	648743		1.626605e+004	9.260985e-001		
2	7.917	7931	0.14	720					
3	9.192	2135	0.04	265		2.801294e+004	1.140226e+000		
4	10.307	2162	0.04	236	4.637389e+000	2.593950e+004	1.083980e+000		
5	11.158	4973	0.09	539	3.376414e+000	3.223131e+004	9.635067e-001		
6	14.566	4301	0.08	430	1.328491e+001	4.697336e+004	1.033416e+000		
7	16.918	1262	0.02	150	9.538350e+000	9.078375e+004	9.842771e-001		
8	19.186	1136	0.02	124	9.524033e+000	9.414040e+004	1.147956e+000		